COMED

ECKBOLSHEIM

OXYMETRE DE POULS

Réf. N° : 23 200 00

TCE2

FICHE TECHNIQUE
ET DE SECURITE
faisant partie du dossier technique

Description générale	Oxymètre de pouls et pouls portable digital modèle ECO affichage 1 couleur. MD300C1CN-3	
Classification	Classe IIa Annexe IX point 10.	
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi
Référence série	Oui	Voir sur etiquette sur le produit « SN »
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un chiffon sec ou légèrement humidifié avec du savon. Lors du nettoyage ,il faut veiller à ce que le liquide ne pénètre en aucun cas dans l'appareil et les capteurs. Vérifier bien que le capteur n'est pas bouché par de la saleté.
Substance impropre	Produit attaquant l'ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)	
Pièces constitutives	Oui	2 Piles non montées (alcaline AAA (LR03), une bandoulière.
Matières	En ABS sans plomb	
Contient du Latex	Non	
Rohrs	Non pour le DM	
Standard fabrication	SO	
Etiquetage	Oui	Nom, référence, CE, COMED, adresse
Emballage	Oui	Dans une boite en carton
Stockage particulier	Oui	Dans un lieu où la température ambiante est comprise entre -10 et 40°C, à une humidité relative comprise entre 10% et 80%. Dans un endroit sec et propre à l'abri du soleil.
Marquage sur le DM	Oui	N° de série, CE0123, Date fabrication, piles à utiliser

Références		23 200 00
Désignation		Oxymètre de pouls gamme ECO
Dimensions Lo x La x H (mm)		58 x 32 x 34
Résistance température (C°)		-10 à 40°C
Poids net(g)		50
Couleurs		noir
Type d'affichage		Écran LED
SpO2	*Plage de mesure*	70-99%
	Précision	+- 2% entre 80 et 99% ; +-2% entre 70 et 80%
Fréquence du pouls	*Plage de mesure*	30-235 BPM
	Précision	+-2 BPM ou +-2% (plus grand)
	Intensité du pouls	Indicateur en traits
Puissance requise		2 piles alcaline AAA 1.5V (LR03)
Consommation électrique		Moins de 40 mA

Utilisation	Dispositif permettant de mesurer la saturation pulsée en oxygène de l'hémoglobine (SpO^2) du sang artériel du patient. Avec indicateur en traits du pouls. Dans le domaine de l'exploration fonctionnelle , pneumologie ,réanimation, anesthésie et néonatalogie.
Mode d'emploi	Enlevez le film protecteur du cadran.Insérez les piles en respectant les pôles.Appuyez sur la pince, placez un doigt , de préférence l'index, dans l'ouverture et relachez le capot. Appuyez une fois sur l'interrupteur (bouton noir), situé sur le panneau avant. Lisez les données correspondantes sur l'écran d'affichage. Voir mode d'emploi fourni avec l'appareil.
Précaution d'emploi	Le doigt ne doit pas trembler lorsque l'oxymètre fonctionne, attention dans le cas d'un vernis à ongle , les données peuvent être erronées. Certaines mesures peuvent être erronées suite à une mauvaise lecture due notanment , saletés sur la diode de lecture,doigt sale ,transpiration importante ,ongles abimés ou noircis.
Recyclage/Récupération	Non/ dans les bacs spéciaux pour piles
DEEE/REACH	Oui/NC
PVC/ PHTALATES	Non/ Non
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul